

分析报告


<样品信息>

样品名 : Pal-GQPR
 样品ID : PTPP7
 数据文件名 : MB19030602-PTTP7-190307.lcd
 方法文件名 : PTPP7.lcm
 批处理文件名 : MB19030602.lcb
 样品瓶号 :
 进样体积 : 10 uL
 分析日期 : 2019/03/07 15:45:40
 处理日期 : 2019/03/07 16:22:12

样品类型 : 未知
 分析者 : System Administrator
 处理者 : System Administrator

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	拖尾因子	理论塔板数(USP)
1	5.937	4589.149	0.06	799	1.25	19269
2	7.568	8078.335	0.11	1109	1.14	20634
3	9.232	25102.309	0.35	2981	1.18	24713
4	9.773	6975420.931	98.47	469365	2.07	8644
5	10.839	18067.183	0.26	1879	--	26278
6	11.112	18701.097	0.26	1863	--	24147
7	12.070	4436.272	0.06	471	1.44	34813
8	12.865	3743.618	0.05	349	1.40	34676
9	16.168	25793.140	0.36	2522	1.04	50549
总计		7083932.035	100.00	481339		