


LC-100 液相色谱分析报告

单位名称:	进样时间: 2019-02-21 14:49:17
分析人员:	色谱柱: C18 250*4.6*5um 柱长: 250mm
样品名称:	柱温: 30 °C
样品来源:	波长: 254 nm
样品批号:	进样量: 20.0 ul
处理状态:	流动相: 90A
备注:	流量: 1.000 ml/min



ID	保留时间	峰高	峰面积	浓度	理论塔板	分离度
1	4.124	0.95	11.264	0.361	2654	0.00
2	4.448	0.46	3.326	0.107	7585	1.24
3	5.049	0.14	1.311	0.042	6708	2.66
4	5.282	1.11	9.759	0.313	7746	0.96
5	5.607	283.60	3092.511	99.093	7057	1.28
6	8.140	0.11	0.987	0.032	18741	10.04
7	8.673	0.18	1.647	0.053	17929	2.15
		286.55	3120.805	100.0000		